



**Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Engineering Test Institute, Public Enterprise)**

Certifikační orgán certifikující produkty č. 3040 akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
Product Certification Body 3040 accredited by the Czech Accreditation Institute
pursuant to ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika / Czech Republic



CERTIFIKÁT / CERTIFICATE

Číslo
Number: **B-00242-20**

vydaný výrobcí:
issued to Manufacturer

BENECYKL s.r.o.
Chvalovka 1342/9
635 00 Brno - Bystrc
Česká republika – *Czech Republic*

Výrobek:
Product

Speciální kočárek pro handicapované osoby
Special stroller for handicapped people

Typ/Model:
Type/Model

BENECYKL[®]
viz 2. strana / *see Page 2*

Aplikované požadavky:
Requirements applied

ČSN EN 12182:2012

Podklad pro vydání certifikátu:
Basis of Certificate issuance

Závěrečný protokol č. 32-10323/EZ ze dne 2020-02-18
Final Report 32-10323/EZ of 2020-02-18

Na základě předložené technické dokumentace, provedených ověření a zkoušek Strojírenský zkušební ústav, s.p., tímto potvrzuje, že u předloženého vzorku výrobku zjistil shodu vlastností s aplikovanými požadavky. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Based on the technical documentation submitted and the verifications and tests conducted, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public Enterprise) hereby certifies that the characteristics of the submitted product sample have been found conforming to the requirements applied. The Final Report contains the conclusions drawn from the assessments and the product identification data.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.
Product certification scheme applied: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, Scheme 1a.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.
The rules for using the Certificate are specified on Page 2.

Brno, 2020-02-19



.....
Ing. Aleš Onderek
zástupce vedoucího certifikačního
orgánu
Deputy Head of Certification Body



Specifikace výrobku / *Product specification:*

Varianta / <i>Version</i>		BABY	JUNIOR	MAX
Hmotnost / <i>Mass</i>	(kg)	13,5	16,5	18,5
Nosnost / <i>Load</i>	(kg)	45	65	75
Max. váha přepravované osoby <i>Max. weight of the transported person</i>	(kg)	40	60	70
Max. výška přepravované osoby <i>Max. body height of the transported person</i>	(cm)	110	140	180
Rozměry / <i>Dimensions</i>	(cm)			
- délka základního pevného rámu <i>length of the base chassis</i>		105	131	165
- výška základního pevného rámu <i>height of the base chassis</i>		81	86	100
- šířka – rozchod kol <i>width – wheel track</i>		78	78	78
- maximální výška sklopných částí od země <i>max. height of the adjustable parts from the ground</i>		102	121	134
Třída zdravotnického prostředku <i>MD Class</i>		I		

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobku na trh může být certifikát používán za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byl výrobek certifikován. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovanému výrobku je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobku, jehož specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobku, u kterého byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na předcházející straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

RULES FOR USING THE CERTIFICATE

For the purpose of placing the product on the market, this Certificate may only be used provided the provisions of the standard according to which the product has been certificated remain valid. If the normative documents applicable to the certificated product have changed or new normative documents have been issued, the usability of the Certificate must be reviewed.

The Certificate may only be used as a certificate of the product specified on Pages 1 and 2. This also applies to its use in advertising, promotional and commercial materials. Unauthorized or deceptive use of the Certificate may result in its withdrawal.

It is prohibited to change, amend or overwrite the data contained in the Certificate.

The Certificate may not be used to document the properties of the product changed without consent of the Engineering Test Institute in such a way that conformity with the standard specified on the preceding page has been affected.

The Certification Body requires the Certificate holder to keep records of all the complaints and corrective actions relating to the products covered by this Certificate.

